仕 様 書

1 件 名 真空検体乾燥器購入

2 商品名等及び形状その他

_		
品 名	数量	仕様等 以下の要件を満たすこと
真空検体乾燥器 横型乾燥容器モデル HD-120	1	(1) 横型 PTFE コートステンレス容器であること (2) 200°C までの温度設定可能であること (3) 内容積: Φ117 x L240mm (4) 棚板サイズ W90 x L230mm (5) 電源: AC 100V/500W (6) 重量: 9.5kg

※上記仕様を満たす他の製品を納入しようとする場合は、事前に担当者に確認の上、 了承を得ること。

3 検収受領 本品の納品・受領については、検査員立会いのうえ指定場所に 納入し、良好な状態で受領する。設置作業を含むこと。

4 保証その他 初期不良対応のメーカー保証

5 納入場所 広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号 広島市立大学 情報科学部棟別館207室

6 納入期限 2024年9月30日

7 連 絡 先 広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号

広島市立大学事務局

教務・学部運営室学部運営グループ(担当:岩本)

電話(082)830-1501

8 その他 1) 落札者は、契約締結後、直ちに納入場所の本学教職員に連絡

3) 上記発注品の納品は、新品に限る。

を行い設置・納入等の詳細な調整を行うこと。 2) 本品に関する疑義等が生じた場合は、直ちに担当者と連絡協

議のうえ決定すること。